

Số: 412/TB-YHCT

Bến Tre, ngày 27 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị báo giá

Loại hàng hóa: mua sắm thiết bị y tế trang bị cho các khoa
Của Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An

Căn cứ nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện YHCT Trần Văn An.

Hiện nay Bệnh viện YHCT Trần Văn An có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế trang bị cho các khoa của Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An. Danh mục chi tiết đính kèm (Phụ lục 01). Bệnh viện kính mời các đơn vị, công ty quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo danh mục trên.

Quý đơn vị, công ty điền thông tin và các loại giấy tờ, văn bản liên quan (nếu có) gửi đến bệnh viện như sau:

- Bảng báo giá theo mẫu (Phụ lục 02)

1. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 28 tháng 5 năm 2025 đến 16 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2025.

2. Thông tin nhận báo giá:

- Phòng Hành chính tổ chức, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, số 44 đường Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại liên lạc: 0275.3829650 hoặc địa chỉ gmail: tranvanngghiabt@gmail.com

- Địa chỉ: Số 44 Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Tp. Bến Tre, T.Bến Tre

3. Hình thức nhận báo giá: Bản Scan giấy hoặc bản cứng (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp quý công ty/Đơn vị) và file Excel.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị, công ty;
- Lưu VT; KDBV.




Lê Thị Hồng Liên

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Thông báo số: /TB-YHCT ngày 27 tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật (hoặc tương đương) (nếu có)	Số lượng	Ghi chú
1	Máy điện xung	Máy	1. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái - Vali đựng máy: 01 cái - Cáp điện cực: 01 bộ - Tắm điện cực dán: 01 bộ - HDSD tiếng Anh/Việt: 01 bộ 2. Thông số kỹ thuật: - Số kênh: 2 kênh, điều chỉnh độc lập giữa hai kênh - Xung: có thể điều chỉnh từ 0-110mA đỉnh 500 ohm mỗi kênh - Dạng sóng: Xung vuông Bi-Phasic không đối xứng. - Hiệu điện thế: 0-55V(tải 500ohm) - Nguồn cấp: Pin 9V - Kích thước: 11,8x 6x 3,1cm - Trọng lượng: 157g bao gồm cả pin - Tỷ lệ xung: Điều chỉnh 2-150 Hz, 1Hz mỗi bước	10	



		- Độ rộng xung: Điều chỉnh từ 50- 300 micro giây, chỉnh 10 micro giây mỗi bước - Thời gian hoạt động: Điều chỉnh 2-90 giây, 1 giây mỗi bước chỉnh - Ramp Time: chỉnh 1-8 giây, 1 giây mỗi bước, tăng và giảm trong cài đặt giá trị - Kiểu dòng điện: 6 kiểu dòng TEN: B, N, M, S1, S2 và P 3 kiểu dòng EMS: C, S, A - B(Burst mode): Tỷ số Burst điều chỉnh 0.5 đến 5Hz, độ rộng xung 50- 300 μs, tần số cố định 100Hz - N(Normal mode): tỉ số và độ rộng xung điều chỉnh được, chạy liên tục dựa trên thông số cài đặt - M(modulation mode): Kiểu kết hợp điều biến tỉ lệ và độ rộng xung. - S1(S1 mode): Độ rộng xung điều chỉnh tự động trên danh nghĩa 10s mỗi chu kỳ - S2(S2 mode): Tương tự S1 giá trị cài đặt cao hơn 70% so với S1 là 40%	
--	--	---	--

				- Mã kê khai: KKG-1438-00035 - Bóng đèn hồng ngoại hiệu Greetmed 220V/250W		
4	Chế tập tay – chân (3 trong 1)	Bộ	Thông số kỹ thuật chính: - Kích thước: D (123-147) x R58 x C202cm (+/- sai số 5%). - Cấu tạo: Khung sắt sơn tĩnh điện màu kem nhẵn bền màu, hạn chế trầy xước - Nệm: Làm bằng mút (mousse) bọc simili - Phụ kiện: 6kg tạ thẻ nhựa - Chức năng: Tập tay – chân và kéo cổ - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ môi trường hoạt động từ 10°C đến 35°C + Độ ẩm môi trường hoạt động 85%.	05		
	Tổng cộng			04 Khoản		

			- C(Constant mode): Điều chỉnh tần số và độ rộng xung.		
2	Đèn hồng ngoại (Chân thấp)	Bộ	Thông số kỹ thuật: - Công suất:220V/60W-250W - Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. - Dây nguồn:2m8 - 3m - Chiều cao: từ 1m – 1,7m - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ. - Đầu đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. - Độ bền cao. - Mã kê khai: KKG-1438-00033 - Bóng đèn hồng ngoại hiệu Greetmed 220V/250W	25	
3	Đèn hồng ngoại (Chân cao)	Bộ	Thông số kỹ thuật: - Công suất: 220V/250W - Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. - Chiều cao đèn:40 - 50cm. - Cổ định vị xoay linh động đến 3600.Khoảng rộng 30cm + 30cm. - Đầu sử E27 độ bền cao sử dụng nhiều bóng đèn - Có Dimmer tăng giảm ánh sáng - Bóng đèn 60W - 250W	43	

Tên đơn vị báo giá
Địa chỉ:
Số điện thoại:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An

Công ty (tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý Bệnh viện bảng báo giá danh mục mua sắm thiết bị y tế trang bị cho các khoa của Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật (hoặc tương đương)	Hãng SX - Nước SX	Số lượng	Đơn giá (Có VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Máy điện xung						
2	Đèn hồng ngoại (Chân thấp)						
3	Đèn hồng ngoại (Chân cao)						
4	Ghế tập tay – chân (3 trong 1)						
	Tổng cộng			 khoản			

* Báo giá có giá trị đến ngày... tháng ...năm 2025
Đơn giá này bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển đến BV YHCT Trần Văn An

.....ngày.... thángnăm 2025
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

